

Ringversuch: **BG3/19**  
im Monat: **August 2019**  
Teilnehmer-Nr.: **0000002**  
ausgestellt am: **10.08.19**

Referenzinstitut für Bioanalytik

Medizinische Hochschule Hannover  
Institut für Klinische Chemie  
Prof. Dr. med. Brand  
Carl-Neuberg-Str. 1  
30625 Hannover



Ringversuchsleiter

Prof. Dr. C. Knabbe  
Prof. Dr. Dr. K.P. Kohse  
Prof. Dr. M. Neumaier

Leitung RfB

Dr. W. J. Geilenkeuser  
Dr. A. Kessler

Bonn, 3. September 2019

## Zertifikat

Wir bestätigen Ihnen hiermit, dass Sie am Ringversuch für Blutgasanalysen teilgenommen haben.

Sie haben die Anforderungen des Ringversuches für folgende Messgrößen erfüllt:

pH	(1)	pCO <sub>2</sub>	(1)	pO <sub>2</sub>	(1)
Natrium	(1)	Kalium	(1)	Calcium, ionisiert	(1)
Chlorid	(1)	Glucose	(1)	Lactat	(1)

**Dieses Zertifikat ist gültig bis einschließlich Februar 2020.**

*W. J. Geilenkeuser* *Dr. J. Geilenkeuser* *A. Kessler*