

ZERTIFIKAT

Ringversuch vom 29.08.2025

Sie haben die Anforderungen des Ringversuchs mit den folgenden Untersuchungen erfüllt

Hämostaseologie 33 - Emicizumab Plasmaspiegel (506):

Gültigkeitsdauer 12 Monate:

Emicizumab

(R) diese Untersuchung unterliegt den RiliBÄK

Kunde:
10052102
Medizinische Hochschule Hannover
Institut für Klinische Chemie und Zentrallabor
Prof. Dr. Korbinian Brand
Carl-Neuberg-Str. 1
30625 Hannover

Düsseldorf, 08.10.2025



Prof. Dr. med. Michael Spannagl
(Leiter der Referenzinstitution)



TEILNAHMEBESCHEINIGUNG

Ringversuch vom 29.08.2025

Sie haben an dem Ringversuch mit folgenden Untersuchungen teilgenommen

Hämostaseologie 33 - Emicizumab Plasmaspiegel (506):

Emicizumab

(R) diese Untersuchung unterliegt den RiliBÄK

Kunde:
10052102
Medizinische Hochschule Hannover
Institut für Klinische Chemie und Zentrallabor
Prof. Dr. Korbinian Brand
Carl-Neuberg-Str. 1
30625 Hannover

Düsseldorf, 08.10.2025



Prof. Dr. med. Michael Spannagl
(Leiter der Referenzinstitution)



Auflistung und Bewertung der Ergebnisse

10052102: Medizinische Hochschule Hannover
 Institut für Klinische Chemie und Zentrallabor
 Prof. Dr. Korbinian Brand

Ringversuch vom 29.08.2025

Ringversuchsleiter: **Prof. Dr. med. Michael Spannagl**
 INSTAND e.V.
 Ubierstraße 20
 40223 Düsseldorf

Tel.: +49 211-1592 13 125
 Mail: m.spannagl@instand-ev.de

506

Hämostaseologie 33 - Emicizumab Plasmaspiegel

Analyt	Probe 506A- 250812	Einheit	Ihr Wert	Zielwert	ZW-Art	untere Grenze	obere Grenze	Abwei- chung	Z-Score	Kriterien erfüllt	
Emicizumab	-01	µg/ml	26.5	29.4	SW	24.2	34.6	-9.9%	-1,11	+	
	-02		90.3	91.1	SW	81.1	101	-0.9%	-0,16	+	

Analyt	Probe 506A- 250812	Ihre Einheit	Mitgeteilter Wert	Umrechnungs- faktor	Methode	Hersteller	Gerät
Emicizumab	-01	µg/ml	26.5	1.00	265	SI	SI08
	-02		90.3	1.00			

Individuelle Gesamtübersicht

10052102: Medizinische Hochschule Hannover
Institut für Klinische Chemie und Zentrallabor
Prof. Dr. Korbinian Brand

Ringversuch vom 29.08.2025

506

Hämostaseologie 33 - Emicizumab Plasmaspiegel

Emicizumab (µg/ml, N = 11)										
Kollektiv	Probe 506A- 250812	Zielwert	Bewertungs- bereich			Teilnehmerkollektiv			Quote (%)	
						MW	VK	Anz.	Probe	ges.
alle Methoden	-01	29.4	24.2	-	34.6	29.4	8.91	11	100	100
	-02	91.1	81.1	-	101	91.1	5.49	11	100	100

Bestehensquote: 100%

