

ZERTIFIKAT

Ringversuch vom 15.05.2026

Sie haben die Anforderungen des Ringversuchs mit den folgenden Untersuchungen erfüllt

Hämostaseologie - Emicizumab Plasmaspiegel (506):

Gültigkeitsdauer 12 Monate:

Emicizumab

(R) diese Untersuchung unterliegt den RiliBÄK

Kunde:
10052102
Medizinische Hochschule Hannover
Institut für Klinische Chemie und Zentrallabor
Prof. Dr. Korbinian Brand
Carl-Neuberg-Str. 1
30625 Hannover

Düsseldorf, 25.06.2026



Prof. Dr. med. Michael Spannagl
(Leiter der Referenzinstitution)



TEILNAHMEBESCHEINIGUNG

Ringversuch vom 15.05.2026

Sie haben an dem Ringversuch mit folgenden Untersuchungen teilgenommen

Hämostaseologie - Emicizumab Plasmaspiegel (506):

Emicizumab

(R) diese Untersuchung unterliegt den RiliBÄK

Kunde:
10052102
Medizinische Hochschule Hannover
Institut für Klinische Chemie und Zentrallabor
Prof. Dr. Korbinian Brand
Carl-Neuberg-Str. 1
30625 Hannover

Düsseldorf, 25.06.2026



Prof. Dr. med. Michael Spannagl
(Leiter der Referenzinstitution)



Auflistung und Bewertung der Ergebnisse

10052102: Medizinische Hochschule Hannover
Institut für Klinische Chemie und Zentrallabor
Prof. Dr. Korbinian Brand

Ringversuch vom 15.05.2026

Ringversuchsleiter: **Prof. Dr. med. Michael Spannagl**
INSTAND e.V.
Ubierstraße 20
40223 Düsseldorf

Tel.: +49 211-1592 13 125
Mail: m.spannagl@instand-ev.de

506

Hämostaseologie - Emicizumab Plasmaspiegel

Analyt	Probe 506A- 260428	Einheit	Ihr Wert	Zielwert	ZW-Art	untere Grenze	obere Grenze	Abwei- chung	Z-Score	Kriterien erfüllt	
Emicizumab	-01	µg/ml	25.4	28.3	SW	21.3	35.3	-10.2%	-0,829	+	
	-02		68.1	77.5	SW	64.6	90.4	-12.1%	-1,45	+	

Analyt	Probe 506A- 260428	Ihre Einheit	Mitgeteilter Wert	Umrechnungs- faktor	Methode	Hersteller	Gerät
Emicizumab	-01	µg/ml	25.4	1.00	265	SI	SI08
	-02		68.1	1.00			

Individuelle Gesamtübersicht

10052102: Medizinische Hochschule Hannover
Institut für Klinische Chemie und Zentrallabor
Prof. Dr. Korbinian Brand

Ringversuch vom 15.05.2026

506

Hämostaseologie - Emicizumab Plasmaspiegel

Emicizumab (µg/ml, N = 21)										
Kollektiv	Probe 506A- 260428	Zielwert	Bewertungs- bereich			Teilnehmerkollektiv			Quote (%)	
						MW	VK	Anz.	Probe	ges.
alle Methoden	-01	28.3	21.3	-	35.3	28.3	12.4	21	90.5	81.0
	-02	77.5	64.6	-	90.4	77.5	8.35	21	85.7	

Bestehensquote: 81%

