

ZERTIFIKAT

Ringversuch vom 30.01.2026

Sie haben die Anforderungen des Ringversuchs mit den folgenden Untersuchungen erfüllt

Hämostaseologie - Emicizumab Plasmaspiegel (506):

Gültigkeitsdauer 12 Monate:

Emicizumab

(R) diese Untersuchung unterliegt den RiliBÄK

Kunde:
10052102
Medizinische Hochschule Hannover
Institut für Klinische Chemie und Zentrallabor
Prof. Dr. Korbinian Brand
Carl-Neuberg-Str. 1
30625 Hannover

Düsseldorf, 03.03.2026



Prof. Dr. med. Michael Spannagl
(Leiter der Referenzinstitution)



TEILNAHMEBESCHEINIGUNG

Ringversuch vom 30.01.2026

Sie haben an dem Ringversuch mit folgenden Untersuchungen teilgenommen

Hämostaseologie - Emicizumab Plasmaspiegel (506):

Emicizumab

(R) diese Untersuchung unterliegt den RiliBÄK

Kunde:
10052102
Medizinische Hochschule Hannover
Institut für Klinische Chemie und Zentrallabor
Prof. Dr. Korbinian Brand
Carl-Neuberg-Str. 1
30625 Hannover

Düsseldorf, 03.03.2026



Prof. Dr. med. Michael Spannagl
(Leiter der Referenzinstitution)



Auflistung und Bewertung der Ergebnisse

10052102: Medizinische Hochschule Hannover
 Institut für Klinische Chemie und Zentrallabor
 Prof. Dr. Korbinian Brand

Ringversuch vom 30.01.2026

Ringversuchsleiter: **Prof. Dr. med. Michael Spannagl**
 INSTAND e.V.
 Ubierstraße 20
 40223 Düsseldorf

Tel.: +49 211-1592 13 125
 Mail: m.spannagl@instand-ev.de

506

Hämostaseologie - Emicizumab Plasmaspiegel

Analyt	Probe 506A- 260113	Einheit	Ihr Wert	Zielwert	ZW-Art	untere Grenze	obere Grenze	Abwei- chung	Z-Score	Kriterien erfüllt	
Emicizumab	-01	µg/ml	25.4	28.7	SW	24.6	32.8	-11.5%	-1,61	+	
	-02		79.9	88.1	SW	73.3	103	-9.3%	-1,11	+	

Analyt	Probe 506A- 260113	Ihre Einheit	Mitgeteilter Wert	Umrechnungs- faktor	Methode	Hersteller	Gerät
Emicizumab	-01	µg/ml	25.4	1.00	265	SI	SI08
	-02		79.9	1.00			

Individuelle Gesamtübersicht

10052102: Medizinische Hochschule Hannover
Institut für Klinische Chemie und Zentrallabor
Prof. Dr. Korbinian Brand

Ringversuch vom 30.01.2026

506

Hämostaseologie - Emicizumab Plasmaspiegel

Emicizumab (µg/ml, N = 10)

Kollektiv	Probe 506A- 260113	Zielwert	Bewertungs- bereich			Teilnehmerkollektiv			Quote (%)	
						MW	VK	Anz.	Probe	ges.
alle Methoden	-01	28.7	24.6	-	32.8	28.7	7.14	10	90.0	90.0
	-02	88.1	73.3	-	103	88.1	8.40	10	90.0	90.0

Bestehensquote: 90%

